1988 no. 146

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 6 december 1988 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de IJkverordening (AB 1987 no. GT 14)

Uitgegeven, 16 december 1988

De minister van Justitie,

E.J. Vos

IN NAAM DER KONINGIN!

DE WND. GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het noodzakelijk is de vorm en de geldigheidsduur van het goedkeuringsmerk vast te stellen;

Gelet op:

artikel 14, tweede lid, van de IJkverordening(AB 1987 no. GT 14);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1

1. Door de Dienst voor Technische Inspecties wordt gedurende de kalenderjaren 1986, 1987 en 1988 als het goedkeuringsmerk, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de IJkverordening (AB 1987 no. GT 14), de letter G gebruikt.

2. In de periode 1989 tot en met 1994 gebruikt de in het eerste lid bedoelde dienst als goedkeuringsmerk:

gedurende het kalenderjaar 1989 de hoofdletter A in schuin schrift, omgeven door een cirkel;

gedurende het kalenderjaar 1990 de hoofdletter B in schuin schrift, omgeven door een cirkel;

gedurende het kalenderjaar 1991 de hoofdletter C in schuin schrift, omgeven door een cirkel;

gedurende het kalenderjaar 1992 de hoofdletter D in schuin schrift, omgeven door een cirkel;

gedurende het kalenderjaar 1993 de hoofdletter E in schuin schrift, omgeven door een cirkel;

gedurende het kalenderjaar 1994 de hoofdletter F in schuin schrift, omgeven door een cirkel.

Artikel 2

1. De geldigheidsduur van een goedkeuringsmerk is voor alle voorwerpen, behoudens die genoemd in het tweede en derde lid een jaar na de datum van goedkeuring.

2. Voor water- en kilowatt-uurmeters is de geldigheidsduur van een goedkeuringsmerk 5 jaren na de datum van goedkeuring.

3. Voor gasmeters ten behoeve van het meten van gas in vloeibare toestand en taxameters is de geldigheidsduur 2 jaren na de datum van goedkeuring.

4. De keurend ambtenaar van de Dienst voor Technische Inspecties verstrekt de eigenaar of gebruiker van een goedgekeurd voorwerp terstond een verklaring houdende de datum van de goedkeuring van het voorwerp.

Artikel 3

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, is een keurende ambtenaar van de Dienst voor Technische Inspecties bevoegd te bepalen, dat het goedkeuringsmerk een kortere geldigheidsduur heeft dan een jaar, indien de staat van het desbetreffende voorwerp zulks vereist.

2. Een beslissing als bedoeld in het eerste lid, wordt, met redenen omkleed, neergelegd in de in artikel 2, vierde lid, bedoelde verklaring.

Artikel 4

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt, wat artikel 1, eerste lid, betreft, terug tot en met 1 januari 1986.

Gegeven te Oranjestad, 6 december 1988

M. Croes

De minister van Justitie,

E.J. Vos


Bijlage I, behorende bij
het Gewichtenbesluit


AFGEKNOT-KEGELVORMIGE IJZEREN GEWICHTEN

VAN 50,25,20,10, 5,2 EN 1 KILOGRAM

BIJ HET GEWICHT VAN:	ROMP				STEMPELKOM					JUSTEEROPENING					RING				BENAMING	
	h	m	m'	r	l	l'	d	r	a	h	j	m	m'	h'	b	h_1	h_2	d	p	h
50 KILOGRAM	211,4	TEN NAASTE BIJ GELIJK AAN h	TEN NAASTE BIJ 5/100 KLEINER DAN h	10	117	113	8	65	10	127	ZIE TEKST	70	50	21	176	52	50	22	4,5	50
25 "	167,7			9	92	88	8	53	8	101		63	45	17	138	42	41	19	4	36
20 "	156,-			8	84	80	8	48	8	94		56	40	16	130	39	37	16	4	36
10 "	124,1			6	70	66	7	39	6	74		49	35	12	102	32	30	13	3	30
5 "	98,6			5	54	50	7	31	5	60		42	30	10	81	25	24	11	2,5	25
2 "	72,6			4	42	38	6	24	4	43		35	25	7	60	20	19,5	8,5	2	18
1 "	57,6			3	32	28	6	19	3	34		28	20	6	48	16	16	8	1,5	14

TOEGELATEN ZIJN AFWIJKINGEN VAN:
2½ mm VOOR AFMETINGEN VAN 200 mm EN MEER
2 " " " " 100 TOT 200 mm.
1½ " " " " 30 .. 100 "
1 " " " " MINDER DAN 30 mm





DOORSNEDE DER CYFERS EN LETTERS




Bijlage II, behorende bij
het Gewichtenbesluit


IJZEREN BLOKGEWICHTEN VAN 50, 25, 20, 10, 5, 2 EN 1 kg

Bij het gewicht van:	Romp						Handvat	Justeeropeningen					Stempelkom		Benaming	
	l	l,	r,	r	a	m	d	h	h'	j	b	b,	l	l,	p	h
50 kilogram	238	225	10	76	17	38	30	63	10	zie tekst	60	50	42	38	4,5	50
25 ..	189	178	9	60	14,5	30	25	50	8		48	40	34	30	4	36
20 ..	176	165	8	56	14,5	28	25	47	7		43	37	32	28	4	36
10 ..	138	130	7	44	12	22	16	38	6		35	29	26	22	3	30
5 ..	111	104	6	36	10	18	11	31	5		29	24	22	18	2,5	25
2 ..	81	76	4	26	8	13	8	22	4		21	17	17	13	2	18
1 ..	64	60	3	21	6	11	6	18	3		17	14	15	11	1,5	14


Toegelaten zijn afwijkingen van:
2 ½ mm voor afmetingen van 200 mm en meer;
2 " " " " 100 tot 200 mm;
1 ½ " " " " 30 - 100 " ;
1 " " " " kleiner dan 30 mm.

Maten in mm





DOORSNEDE DER CIJFERS EN LETTERS (VERGROOT)



DOORSNEDE A - B




Bijlage III, behorende bij
het Gewichtenbesluit

IJZEREN BLOKGEWICHTEN VAN HET INTERNATIONALE MODEL VAN 50, 20, 10, EN 5 KILOGRAM


Tabel der maten in millimeter, schroefdraden volgens ISO/R261

nominale waarde	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	A	B
5 kg	150	75	84	152	77	36	13	20	12	145	18	30	6	5	12	19	16	55	60	M16 x 1,5	1	2	14	18	16,5	16	5	1,5
10 kg	170	85	109	193	97	46	25	20	12	185	25	38	8	6	16	25	35	70	81	M16 x 1,5	1	2	14	18	16,5	16	5	1,5
20 kg	230	115	139	234	117	61	30	32	24	220	30	52	12	8	20	29	50	95	106	M27 x 1,5	2	3	21	30	27,5	27	8	1,5
50 kg	310	155	192	314	157	83	40	32	24	300	40	74	16	10	25	40	70	148	159	M27 x 1,5	2	3	21	30	27,5	27	8	1,5

De afmetingen a en d, alsmede de afmetingen b en e, kunnen onderling worden verwisseld.



MODEL 1




MODEL 2

Bijlage IV, behorende bij
het Gewichtenbesluit

KOPEREN GEWICHTEN VOOR GEWONE WEGING


GEWICHTEN VAN
25, 20, 10, EN
5 KILOGRAM




NAAM:	ROMP	RING							JUSTEER-OPENING	
	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k
25 KILOGRAM	154	81	31	43	28	16	13	24	147	20
20 "	143	84	29	40	26	15	12	22	136	20
10 "	114	67	23	32	21	12	10	18	108	20
5 "	91	54	18	25	16	10	8	15	86	20


Maten in mm

DOORSNEDE A-B






GEWICHTEN VAN
2 EN 1 KILOGRAM, 500, 200,
100, 50, 20, 10 EN 5 GRAM




Bij de gewichten kleiner dan 100 gram is afkorting van de benaming toegelaten.

NAAM:	ROMP	KNOP							JUSTEER-OPENING	
	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k
2 KILOGRAM	55,8	32,6	33,8	19,8	39,6	10,6	18	4	67	16,1
1 "	32,45	25,8	26,9	15,8	31,4	8,4	14,3	3,2	53	12,8
500 GRAM	41,7	20,7	21	12,3	24,4	6,7	11,5	2,5	42	10,2
200 "	30,7	16,3	15,1	8,9	17,3	4,9	8,5	1,9	30,5	7,5
100 "	24,45	12,2	11,6	6,9	13,2	3,9	6,8	1,5	24	5,9
50 "	19,5	9,7	8,9	5,3	8,9	3,1	5,4	1,2	19	4,7
20 "	14,35	7,3	6,2	3,7	6,7	2,3	4,1	0,9	13,5	3,5
10 "	11,55	5,9	4,5	2,7	4,8	1,8	3,4	0,7	10,5	3
5 "	9,2	4,8	3,3	2	3,3	1,5	2,7	0,6	8	3
2 "	a: 9,2; a': 2,2	4,8	3,3	2	3,3	1,5	2,7	0,6	—	—
1 "	9,2; 1,4	4,8	3,3	2	3,3	1,5	2,7	0,6	—	—

MATEN IN MM.



GEWICHTEN VAN
2 EN 1 GRAM



TOEGELATEN ZIJN AFWIJKINGEN VAN:


2 mm voor afmetingen van 70 mm en meer
1 mm voor afmetingen van 30 tot 70 mm
0,6 mm voor afmetingen van 10 tot 30 mm
0,3 mm voor afmetingen van minder dan 10 mm

Bijlage V, behorende bij
het Gewichtenbesluit

CILINDRISCHE GEWICHTEN VAN HET INTERNATIONALE MODEL
VAN 10, 5, 2 EN 1 KILOGRAM, 500, 200, 100, 50; 20, 10, 5, 2 EN 1 GRAM

Tabel der maten in millimeter schroefdraden volgens ISO/R 261

nominale waarde	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	V	w	X	V	z
1 g	6	5,5	3	Afhankelijk van het materiaal	0,5	0,8	0,5		1																	
2 g	6	5,5	3		0,5	0,9	0,5		1																	
5 g	8	7	4,5		07	1,25	0,5		1		zonder justeerholte															
10 g	10	9	6		0,8	1,5	0,5		1																	
20g	13	11,5	7,5		1	1,8	0,5	10°	1,5																	
20g	13	11,5	7,5		1	1,8	0,5	10°	1,5	5,5	2,5	3	M4x0.5	9	18	6,5	1,5	1	5	5	1	1	0,5	0,5	1	1
50 g	18	16	10		1,5	2,5	1	10°	2	zonder justeerholte																
50 g	18	16	10		1,5	2,5	1	10°	2	7,5	3,5	4,5	M6x0,5	10	25	9	2	1	7	5	1	1,5	0,75	0,75	1,5	1,5
100 g	22	20	13		2	3,5	1	10°	2	7,5	3,5	4,5	M6x0,5	10	30	9	2	1	7	5	1	1,5	0,75	0,75	1,5	1,5
200 g	28	25	16		2,25	4	1,5	10°	3,2	10,5	4,5	7	M8x1	15	40	12	2,5	1,5	10	8	2	2	0,75	1	1,5	2
500 g	38	34	22		3	5,5	1,5	10°	3,2	10,5	4,5	7	M8x1	15	50	12	2,5	1,5	10	8	2	2	0,75	1	1,5	2
1 Kg	48	43	27		4	7	2	10°	5	18,5	7	12	M14x1,5	20	65	20	4	2,5	18	13	3	3	1	1,5	1,5	3
2 Kg	60	54	36		5	9	2	10°	5	18,5	7	12	M14x1,5	20	80	20	4	2,5	18	13	3	3	1	1,5	1,5	3
5 Kg	80	72	46		6,5	12	2	10°	10	24,5	8	18	M20x1,5	35	120	26,5	4	2,5	24	18	3	4	1,5	2	1,5	3
10 Kg	100	90	58		8,5	15	3	10°	10	24,5	8	18	M20x1,5	35	160	26,5	4	2,5	24	18	3	4	1,5	2	1,5	3




Variante 1

Variante 2

Bijlage VI, behorende bij
het Gewichtenbesluit

GEWICHTEN VOOR FIJNE WEGING

KOPEREN GEWICHTEN
van 25000, 20000, 10000, 5000 en 2000 gram



NAAM	A	B	C	E	F	G	H	J	K	L
25000 g	153,0	153,0	153,0	55,0	20,2	33,6	132,0	24,0	47,0	80,0
20000 g	142,0	142,0	142,0	51,0	18,8	31,2	122,5	22,3	43,6	74,0
10000 g	113,0	113,0	113,0	40,0	14,9	24,8	97,0	17,7	34,6	59,0
5000 g	89,5	89,5	89,5	32,0	11,8	19,6	77,0	14,0	27,5	47,0
2000 g	65,9	65,9	65,9	23,6	8,7	14,5	57,0	10,4	20,3	34,0

Maten in mm


TOEGELATEN ZIJN AFWIJKINGEN VAN:

2 mm voor afmetingen van 70 mm en meer


1 mm voor afmetingen van 30 tot 70 mm


0,6 mm voor afmetingen van 10 tot 30 mm

0,3 mm voor afmetingen van minder dan 10 mm



KOPEREN GEWICHTEN
van 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 en 5 gram






NAAM	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	Φ
1000 g	52,7	53,7	53,7	40,0	13,0	1,5	8,0	13,0	1,5	7,2	11,0	1,5	0,75	2,5	1,0	0,75	M8 x0,75
500 g	41,8	42,6	42,6	30,0	13,0	1,5	8,0	13,0	1,5	7,2	11,0	1,5	0,75	2,5	1,0	0,75	M8 x0,75
200 g	30,7	31,5	31,5	24,0	8,5	1,2	5,0	8,5	1,2	7,2	7,0	1,25	0,6	1,5	0,8	0,6	M6 x0,75
100 g	24,3	25,0	25,0	17,0	8,5	1,2	5,0	8,5	1,2	7,2	7,0	1,25	0,6	1,5	0,8	0,6	M6 x0,75
50 g	19,2	19,8	19,8	13,0	6,0	1,0	4,0	6,0	1,0	7,2	5,5	1,0	0,5	1,25	0,7	0,5	M4,5x0,75
20 g	14,0	14,5	14,5	10,0	5,0	1,0	2,5	5,0	1,0	7,2	3,6	0,8	0,5	1,25	0,6	0,5	M3 x0,5
10 g	11,2	11,6	11,6	9,0	5,0	1,0	2,5	5,0	1,0	7,2	3,6	0,7	0,5	1,25	0,6	0,5	M3 x0,5
5 g	8,8	9,1	9,1	7,0	4,0	0,8	1,5	4,0	0,8	7,2	2,7	0,5	0,4	1,25	0,5	0,4	M3 x0,5
2 g		3,2	9,1		4,0	0,8	1,5	4,0	0,8	7,2		0,5	0,4	1,25	0,5	0,4	
1 g		1,2	9,1		4,0	0,8	1,5	4,0	0,8	7,2		0,5	0,4	1,25	0,5	0,4	

Maten in mm

KOPEREN GEWICHTEN
van 2 en 1 gram





TOEGELATEN ZIJN AFWIJKINGEN VAN:

2 mm voor afmetingen van 70 mm en meer

1 mm voor afmetingen van 30 tot 70 mm

0,6 mm voor afmetingen van 10 tot 30 mm


0,3 mm voor afmetingen van minder dan 10 mm

Bijlage VII, behorende bij
het Gewichtenbesluit

OVERIGE GEWICHTEN VOOR FIJNE WEGING

MILLIGRAMGEWICHTEN

van 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 milligram



Maten in mm

TOEGELATEN ZIJN AFWIJKINGEN VAN:

1/20 van de afmeting voor afmetingen van 6 mm en meer
0,3 mm voor afmetingen, minder dan 6 mm

* Aantekening bij het gewicht van 20 mg:
Indien ook het metriek karaat moet worden vermeld, wordt het getal 20 90° gedraaid, zodat de kop van het getal naar de opstaande kant van het gewicht gekeerd is.